

便携式有毒有害智能气体检测仪

产品说明书



目录

一、概述	2
二、技术特点	2
三、技术特性	3
四、外形图片	4
五、操作说明	5
5.1 按键定义	5
5.2 开机方法	5
六、菜单设置	6
6.1、零点校准 Z	6
6.2、目标点校准 S	7
6.3、满量程设置 FS	8
6.4、一级报警点设置 AL	8
6.5、二级报警点设置 AH	8
6.6、目标点浓度设置 CER	9
6.7、恢复出厂默认设置 DEFA	9
6.8 退出菜单设置 OUT	9
七、设备维护	10
7.1 传感器更换	10
7.2 传感器标定	10
八、注意事项	10
九、技术性能及参数	11

一、概述

便携式智能气体检测仪，采用了最先进的大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体检测仪。便携式智能气体检测仪技术先进、性能卓越、稳定性高、可检测的气体种类繁多，具有恢复出厂默认设置和自诊断功能，使用和维护方便，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，广泛应用于石油、化工、环保、冶金、炼化、燃气输配、生化医药、农业等行业。

二、技术特点

- 高精度、高分辨率
- 宽量程，最大量程可达0~50000ppm或0~100%Vol
- 即插即用国际标准智能化传感器，现场维护非常方便
- 独特的LCD带背光设计技术，现场设备的观察、维护不再受光线变化的困扰
- 全量程范围的数字温度补偿
- 通过3个按键可实现查看、设定、校准等功能
- 本安电路设计，外壳防雨、防腐蚀，耐磨损
- 大容量的可充电锂电池及充电保护电路
- 一键恢复功能，让您操作时无后顾之忧

三、技术参数

壳体材料	ABS
外型尺寸	125 × 52 × 30mm(L × W × H)
防爆等级	Exia II CT6
防护等级	IP65
整机重量	200g
精度	± 3%F.S.
检测方式	扩散式或泵吸式
浓度单位	ppm、%VOL、%LEL、mg/m ³
报警方式	声光、振动
工作温度	-40~70℃
工作湿度	0 ~ 95% RH 非凝露
工作电压	3.6VDC
报警电流	150mA
工作电流	扩散式10mA，泵吸式60mA
电池容量	1800mA，带充电保护电路
充电器规格	4.2VDC, 1A

四、外型图片



外形尺寸：125×52×30mm (L×W×H)

五、操作说明

5.1 按键定义：

本机共设三个按键，○键、↑键、↓键（从左到右顺序）

○键为电源开关并起确认功能，

↑键为移位键，

↓键起翻页及数字加减的作用。

5.2 开机方法：

长按○键3秒钟，3秒钟后自动开机，

开机以后显示的画面依次为：气体名称(气体名称超过四位字符或特殊气体时不显示气体名称)、最大量程及单位和电量，2秒钟后开始显示预热倒计时120秒，如果不想等待，按一下○键直接进入正常测量界面，左下角显示气体种类，此时振动马达及蜂鸣器、指示灯都报警1次表示正常启动，如果电量不足或者检测不到传感器，则一直报警下去，此时如果按一下○键起消音作用，声音及振动马达、指示灯都停止工作，但是屏幕上“Alarm”字样仍在闪烁，如果是电量不足，电量图标闪烁，如果是检测不到传感器，显示“FAULT”字样，此时再按一下○键，声音及振动马达、指示灯继续工作。如果仪器是泵吸式，屏幕上就会显示泵的图标，并且一直在旋转，如果没有泵就不显示这个图标。右图为正常启动后显示的画面（以CO为例）。



六、菜单设置

密码设置：依次按 \odot 键、 \uparrow 键、 \downarrow 键，在2秒钟内完成才有效

菜单定义：Z、S、FS、AL、AH、CER、DEFA、OUT

6.1、零点校准 Z

如果传感器出现零点漂移过大，需要进行零点校正，如图1所示。



图 1

零点设置菜单默认为“N”，如图2所示，需要进行是否操作的确认。



图 2

如果确认要校准零点，在零点设置菜单通过 \downarrow 键修改为“Y”，如图3所示。



图 3

按 \odot 键确认进行零点校准，如果校准成功，左下角出现“YES”字样，如图4所示。



图 4

如果校准不成功，左下角出现“NO”字样，如图5所示。



图 5

6.2、目标点校准 S

如果传感器使用时间过长，需要进行灵敏度校正，通过 \downarrow 键选到“S”选项，按一下 \odot 键进行修改，如图6所示。



图 6

目标点浓度设置菜单默认为“N”，如图7所示，需要进行是否操作的确认。



图 7

如果确认要校准目标点，在目标点设置菜单通过 \downarrow 键修改为“Y”，如图8所示。



图 8

按 \odot 键确认进行目标点校准，如果校准成功，左下角出现“YES”字样，并且数值变为在菜单“CER”里设置好的值，如图9所示。



图 9

如果校准不成功，左下角出现“NO”字样，如图10所示。



图 10

6.3、满量程设置 FS

如图11所示，通过↓键选到“FS”选项，按一下⊙键进行修改，↑键进行移位，修改后再按⊙键保存。



图 11

6.4、一级报警点设置 AL

如图12所示，通过↓键选到“AL”选项，按一下⊙键进行修改，↑键进行移位，修改后再按⊙键保存。



图 12

6.5、二级报警点设置 AH

如图13所示，通过↓键选到“AH”选项，按一下⊙键进行修改，↑键进行移位，修改后再按⊙键保存。



图 13

6.6、目标点浓度设置 CER

如图14所示，通过↓键选到“CER”选项，按一下⊙键进行修改，↑键进行移位，修改后再按⊙键保存。



图 14

6.7、恢复出厂默认设置 DEFA

如图15所示，通过↓键选到“DEFA”选项，按一下⊙键进行修改，需要进行图15是否操作的确认。



图 15

6.8 退出菜单设置 OUT

如图17所示，通过↓键选到“OUT”选项，按一下⊙键进行设置并退出。



图 17

七、设备维护

检测仪在正常的使用中，传感器的有效使用寿命为24-36个月。在有效使用寿命期内，每6个月或1年要定期对传感器进行一次标定检查，以保证气体监测准确有效。超过有效使用期的和有故障的传感器必须进行更换。

7.1 传感器更换

在传感器出现故障后，请将仪器寄回厂家更换。

7.2 传感器标定

详见6.2 描述。在标准气体未准备好时请勿操作，万一发生误操作，可以参照6.7描述，恢复出厂默认设置。校准之前参照6.2 描述，预先将要校准的浓度值设置好，再通标准气体，标准气体的流量控制在300毫升/分钟。

八、注意事项

- 严禁在现场充电或拆卸仪器
- 严禁带电更换传感器
- 检测仪的标定检查要定期进行
- 超过有效使用期和有故障的传感器要及时更换
- 避免用高于测量量程的气体冲击传感器，此举可能会损坏传感器，人为损坏的情况不在保修范围之内。

九、技术性能及参数

主要技术指标

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
可燃气体 (E _x)	0-100%LEL	< ±3%(F.S)	0.1%LEL	≤ 10 秒
可燃气体 (E _x)	0-100%Vol	< ±3%(F.S)	0.1%Vol	≤ 10 秒
甲烷 (CH ₄)	0-100%LEL	< ±3%(F.S)	0.1%LEL	≤ 5 秒
甲烷 (CH ₄)	0-100%Vol	< ±3%(F.S)	0.1%Vol	≤ 10 秒
氧气 (O ₂)	0-30%Vol	< ±3%(F.S)	0.01%Vol	≤ 15 秒
氧气 (O ₂)	0-100%Vol	< ±3%(F.S)	0.01%Vol	≤ 15 秒
一氧化碳 (CO)	0-500ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 25 秒
一氧化碳 (CO)	0-1000ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 25 秒
一氧化碳 (CO)	0-2000ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 25 秒
一氧化碳 (CO)	0-20000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 25 秒
一氧化碳 (CO)	0-100000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 25 秒
二氧化碳 (CO ₂)	0-2000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 20 秒
二氧化碳 (CO ₂)	0-5000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 20 秒
二氧化碳 (CO ₂)	0-10000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 30 秒
二氧化碳 (CO ₂)	0-50000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 30 秒
二氧化碳 (CO ₂)	0-20%Vol	< ±3%(F.S)	0.01%Vol	≤ 30 秒
二氧化碳 (CO ₂)	0-50%Vol	< ±3%(F.S)	0.01%Vol	≤ 30 秒
二氧化碳 (CO ₂)	0-100%Vol	< ±3%(F.S)	0.01%Vol	≤ 30 秒
甲醛 (CH ₂ O)	0-10ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 40 秒
甲醛 (CH ₂ O)	0-50ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 40 秒

主要技术指标

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
甲醛 (CH ₂ O)	0-1000ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 50 秒
臭氧 (O ₃)	0-1ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 30 秒
臭氧 (O ₃)	0-10ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 30 秒
臭氧 (O ₃)	0-50ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 30 秒
臭氧 (O ₃)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 30 秒
臭氧 (O ₃)	0-2000ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 40 秒
硫化氢 (H ₂ S)	0-10ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 30 秒
硫化氢 (H ₂ S)	0-50ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 30 秒
硫化氢 (H ₂ S)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 30 秒
硫化氢 (H ₂ S)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 30 秒
硫化氢 (H ₂ S)	0-2000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 45 秒
二氧化硫 (SO ₂)	0-10ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 30 秒
二氧化硫 (SO ₂)	0-20ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 30 秒
二氧化硫 (SO ₂)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 30 秒
二氧化硫 (SO ₂)	0-500ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 45 秒
二氧化硫 (SO ₂)	0-2000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 60 秒
二氧化硫 (SO ₂)	0-5000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 60 秒
一氧化氮 (NO)	0-25ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
一氧化氮 (NO)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
一氧化氮 (NO)	0-2000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 60 秒
二氧化氮 (NO ₂)	0-20ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 25 秒
二氧化氮 (NO ₂)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 25 秒
二氧化氮 (NO ₂)	0-1000ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 50 秒

主要技术指标

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
二氧化氮 (NO ₂)	0-5000ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 50 秒
氯气 (CL ₂)	0-10ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 30 秒
氯气 (CL ₂)	0-20ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 30 秒
氯气 (CL ₂)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 30 秒
氨气 (NH ₃)	0-50ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 50 秒
氨气 (NH ₃)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 50 秒
氨气 (NH ₃)	0-1000ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 60 秒
氨气 (NH ₃)	0-5000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 60 秒
氨气 (NH ₃)	0-100%LEL	< ±3%(F.S)	0.1%LEL	≤ 10 秒
氢气 (H ₂)	0-100%LEL	< ±3%(F.S)	0.1%LEL	≤ 10 秒
氢气 (H ₂)	0-1000ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 60 秒
氢气 (H ₂)	0-20000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 60 秒
氢气 (H ₂)	0-40000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 60 秒
氢气 (H ₂)	0-100%Vol	< ±3%(F.S)	0.1%Vol	≤ 30 秒
氰化氢 (HCN)	0-30ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
氰化氢 (HCN)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
氯化氢 (HCL)	0-20ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
氯化氢 (HCL)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 60 秒
磷化氢 (PH ₃)	0-5 ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 25 秒
磷化氢 (PH ₃)	0-25 ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 25 秒
磷化氢 (PH ₃)	0-2000 ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 60 秒
二氧化氯 (CL O ₂)	0-1ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 40 秒
二氧化氯 (CL O ₂)	0-10ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 40 秒

主要技术指标

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
二氧化氯 (Cl O ₂)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
环氧乙烷 (ETO)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 120 秒
环氧乙烷 (ETO)	0-1000ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 120 秒
环氧乙烷 (ETO)	0-100%LEL	< ±3%(F.S)	1%LEL	≤ 30 秒
光气 (COCL ₂)	0-1ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 50 秒
硅烷 (SiH ₄)	0-1ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 60 秒
硅烷 (SiH ₄)	0-50ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
氟气 (F ₂)	0-1ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 60 秒
氟气 (F ₂)	0-10ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
氟气 (F ₂)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 60 秒
氟化氢 (HF)	0-10ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 40 秒
氟化氢 (HF)	0-50ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 40 秒
溴化氢 (HBr)	0-50ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
乙硼烷 (B ₂ H ₆)	0-10ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 60 秒
砷化氢 (AsH ₃)	0-1ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 60 秒
砷化氢 (AsH ₃)	0-10ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
锗烷 (GeH ₄)	0-2ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 60 秒
锗烷 (GeH ₄)	0-20ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
胼, 联氨 (N ₂ H ₄)	0-1ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 60 秒
胼, 联氨 (N ₂ H ₄)	0-300ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 60 秒
四氢噻吩 (THT)	0-50mg/m ³	< ±3%(F.S)	0.01mg/m ³	≤ 60 秒
溴气 (Br ₂)	0-10ppm	< ±3%(F.S)	0.001ppm	≤ 60 秒
溴气 (Br ₂)	0-50ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒

主要技术指标

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
乙炔 (C ₂ H ₂)	0-100%LEL	< ±3%(F.S)	0.1%LEL	≤ 30 秒
乙炔 (C ₂ H ₂)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
乙炔 (C ₂ H ₂)	0-1000ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 60 秒
乙烯 (C ₂ H ₄)	0-100%LEL	< ±3%(F.S)	0.1%LEL	≤ 30 秒
乙烯 (C ₂ H ₄)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
乙烯 (C ₂ H ₄)	0-1000ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 60 秒
乙醛	0-10ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
乙醇 (C ₂ H ₆ O)	0-100%LEL	< ±3%(F.S)	0.1%LEL	≤ 30 秒
乙醇 (C ₂ H ₆ O)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
乙醇 (C ₂ H ₆ O)	0-2000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 60 秒
甲醇 (CH ₃ O)	0-100%LEL	< ±3%(F.S)	0.1%LEL	≤ 30 秒
甲醇 (CH ₃ O)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
甲醇 (CH ₃ O)	0-2000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 60 秒
二硫化碳 (CS ₂)	0-50ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
丙烯腈	0-50ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
丙烯腈	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
丙烯腈	0-2000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 30 秒
甲胺	0-50ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 60 秒
氮气 (N ₂)	0-100%Vol	< ±3%(F.S)	0.01%Vol	≤ 30 秒
典气 (I ₂)	0-50ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 30 秒
氮氧化物 (NO _x)	0-100ppm	< ±3%(F.S)	0.01ppm	≤ 30 秒
氮氧化物 (NO _x)	0-5000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 60 秒
苯 (C ₆ H ₆)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 30 秒

主要技术指标

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
甲苯 (C ₇ H ₈)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 30 秒
二甲苯 (C ₈ H ₁₀)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 30 秒
苯乙烯 (C ₈ H ₈)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 30 秒
苯乙烯 (C ₈ H ₈)	0-6000ppm	< ±3%(F.S)	1ppm	≤ 30 秒
氯乙烯 (C ₂ H ₃ CL)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 30 秒
三氯乙烯 (C ₂ HCL ₃)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 30 秒
四氯乙烯 (C ₂ CL ₄)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 30 秒
溴甲烷 (CH ₃ Br)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 30 秒
硫酰氟 (SO ₂ F ₂)	0-200ppm	< ±3%(F.S)	0.1ppm	≤ 30 秒

注：其它未在上表列出的气体可来电咨询。

声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，以实物为准。